YSLAB ASQ_CA_AQL_MB_001RU_V2	CERTIFICATE OF CONFORMITY / СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	Rédaction / Редакция : CT 24/04/2017 Validation / Валидация : NL

Product/ Продукт Aqualor baby Nasal Aspirator / Назальный аспиратор «Аквалор беби»

Batch number / Номер партии : 20R06
Date of assembling, packaging / Дата сборки, упаковки : 06th July 2020 / 2020 07
Date of expiration / Срок годности : July 2023 / 2023 07

CONTROLS / ПАРАМЕТРЫ	SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ
PIECE: ASPECT / COLOR / ЧАСТЬ: ВНЕШНИЙ ВИД / ЦВЕТ – Nasal soft tip / Мягкая носовая насадка – Filter / Фильтр – Tank / Емкость – Cap / Крышка – Silicone tube / Силиконовая трубка – Oral tip / Насадка для горла	For each piece: conformity / Для каждой части: соответствие • No trace, stain, crack / Отсутствие следов, пятен, трещин; • Colour (if applicable) / Цвет (если применимо).	Conform / Соответствует Conform / Соответствует
CHECKING OF FIXING / ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ – Nasal soft tip -Tank / Мягкая носовая насадка - Емкость – Tank - Cap / Емкость - Крышка – Cap - Silicone Tube / Крышка - Силиконовая трубка – Silicone tube - Oral tip / Силиконовая трубка - Насадка для горла	For each piece: conform / Для каждой части: соответствие • Fixing / Крепление	Conform / Соответствует
ASSEMBLING / СБОРКА – Packaging conformity / Соответствие упаковки – Texts (labelling) / Текст (маркировка) – Printing mentions / Печатная информация – Tamper evident / Контроль первого вскрытия	• Presence and conformity components / Наличие и соответствие компонентов • Conformity BAT / Соответствие BAT • Conformity of printing mentions / Соответствие печатной информации • Conformity / Соответствие	Conform / Соответствует Conform / Соответствует Conform / Соответствует Conform / Соответствует

Conform / Соответствует ☒	Date: / Дата:	Signature / Подпись
Non conform / Не соответствует ☐	22 juillet 2020	DocuSigned by: Céline Pierret 91568E9EDB48499

We certify that the above mentioned product has been produced according to the technical specifications.
We also certify that all checking operations have been achieved, and that they comply with the relevant specifications.
/
Подтверждаем, что вышеуказанный продукт был произведен в соответствии с техническими спецификациями.
Также подтверждаем, что были выполнены все операции проверки, и что они соответствуют применимым спецификациям.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2016 года № РЗН 2016/5064

На медицинское изделие
Аспиратор назальный «Аквалор беби» с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (АО "Нижфарм"), Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Производитель
"ИС ЛАБ", Франция,
YS LAB, 2 rue Félix Le Dantec, Le Forum, 29000 Quimper, France

Место производства медицинского изделия
YS LAB, 2 rue Félix Le Dantec, Le Forum, 29000 Quimper, France

Номер регистрационного досье **№ РД-12431/41067 от 28.07.2016**

Вид медицинского изделия **204560**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 3620**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 ноября 2016 года № 13468
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0025833

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2016 года № РЗН 2016/5064

Лист 1

На медицинское изделие
Аспиратор назальный «Аквалор беби» с принадлежностями, в составе:
1.Аспиратор - 1 шт.
2.Фильтр сменный - 3 шт.
3.Инструкция по применению - 1 шт.
4.Футляр для хранения - 1 шт
Принадлежности :
1.Фильтры сменные 10 шт. и насадка носовая 1 шт. в упаковке - не более 100 уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0029409