jgl

| | |
|---|---|
| Product name: | **Individual otorhinolaryngological device for rinsing of nasal mucosa "Aqua Maris®Leyka" in the set with rinsing agents "Aqua Maris®"** |
| Название препарата: | **Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное «АКВА МАРИС® Лейка» в наборе со средствами для промывания «Аква Марис®»** |
| Series: | 05411 |
| Серия: | 05411 |
| Manufacturing date: | 02.2021. |
| Дата производства: | 02.2021. |
| Best before: | 02.2024. |
| Годен до: | 02.2024. |
| Date of analysis: | 26.03.2021. |
| Дата анализа: | 26.03.2021. |

**CERTIFICATE № 0188/21**
**СЕРТИФИКАТ № 0188/21**

| **PARAMETERS**<br>**ПАРАМЕТРЫ** | **REQUIREMENT**<br>**ТРЕБОВАНИЯ** | **RESULTS**<br>**РЕЗУЛЬТАТЫ** |
|---|---|---|
| PACKING<br><br>УПАКОВКА | Vessel 330 ml and 30 sachets with sea-salt<br><br>Емкость 330 мл и 30 пакетов-саше с морской солью. | complies<br><br>соответствует |
| CHARACTERS OF SEA SALT<br><br>ОПИСАНИЕ МОРСКОЙ СОЛИ | A white crystalline powder without odor.<br><br>Белый кристаллический порошок без запаха. | complies<br><br>соответствует |
| MASS OF FILLING<br><br>МАССА НАПОЛНЕНИЯ | 2,97 g ± 0,30 g (2,67 - 3,27 g)<br><br>2,97 г ± 0,30 г (2,67 - 3,27 г) | complies<br><br>соответствует |
| MICROBIOLOGICAL PURITY<br><br>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА | Total number of microorganisms in 1 g of sample:<br>- Aerobic bacteria, yeast's and moulds: not more than $10^2$;<br>- Staphylococcus aureus (in 0,5g): absent<br>- Pseudomonas aeruginosa (in 0,5g): absent<br>- Escherichia coli (in 0,5g): absent<br>- Candida albicans (in 0,5g): absent.<br><br>Общее число микроорганизмов в 1 г. образца:<br>- аэробные бактерии, дрожжевидные грибы и плесенные грибы: не более $10^2$<br>- Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (в 0,5 г): отсутствие<br>- Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) (в 0,5 г): отсутствует<br>- Кишечная палочка (Escherichia coli) (в 0,5 г): отсутствие<br>- Дрожжеподобный гриб (Candida albicans) (в 0,5 г): отсутствие. | complies<br>complies<br>complies<br>complies<br>complies<br><br><br>соответствует<br>соответствует<br>соответствует<br>соответствует<br>соответствует |
| SHELF LIFE<br><br>СРОК ГОДНОСТИ | 3 years<br><br>3 года | complies<br><br>соответствует |

JGL d.d.
Rijeka

Head of Quality Control
Dijana Jureša

Менеджер по Контролю качества
Dijana Jureša

ЯДРАН