РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС GB.AЯ46.B08581

Срок действия с 12.01.2018 по 11.01.2021

№ 0013482

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 31, фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, телефон: +74956682715, +74991291911, факс: +74991249996, электронная почта: info@rostest.ru, регистрационный номер: RA.RU.10AЯ46, выдан: 27.04.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер Халскэр», адрес: РОССИЯ, 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 4, этаж 3, ОГРН: 1037710036540, телефон: +74959612565, факс: +74959612566, электронная почта: contact_ru@rb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.» («Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд.»), адрес: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK (Дэнсом Лейн, Халл, HU8 7DS), СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. Завод-изготовитель: «SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.» («ЭсЭсЭл Мануфэктуринг (Таиланд) Лтд.»), Wellgrow Industrial Estate 100, Moo 5, Bangna-Trad Rd KM.36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao, 24180, Thailand (Веллгроу Индастриал Эстейт 100, Моо 5, Бангна-Трад Роуд КМ.36, Бангсамак, Бангпаконг, Чачоенгсао, 24180), Таиланд

ПРОДУКЦИЯ Презервативы Contex® с анестетиком, варианты исполнения: 1) Long Love - гладкие, вариант 1; 2) Long Love - гладкие, вариант 2; 3) Double Satisfaction - рельефные, вариант 1; 4) Double Satisfaction - рельефные, вариант 2;

Код ОКПД 2: 22.19.71.110

Серийный выпуск, Контракт № 180515-RBH от 18.05.2015 г.,

Спецификации изготовителя №№ 8266343, 8161680

код ОК 005 (ОКП):

код ТН ВЭД России: 4014100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 4645-81 пп.2.2, 2.4 (в части отсутствия внешневидовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 0008-263, 0008-263, 12.01.2018 г., Испытательный Центр продукции по физическим показателям (ИЦ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (рег. № RA.RU.21A365); Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5083 от 26.10.2017 г., Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР), РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — О. В. Иванова

Эксперт (эксперты) — Ю. В. Александрова

ЗАО «Оберон», Москва, 2014, «В», бланк № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 769. Тел. (495) 726-47-42, www.oberon.ru

HEALTH · HYGIENE · HOME

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.

100 Moo 5 Wellgrow Industrial Estate Bangna Trad RD
Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao Thailand 24180

BRAND : CONTEX LONG LOVE | **Date test : 11/12/2020** | **Samples Arrival Date : 11/12/2020**

BATCH NO. : 1001287979 | **MFG. DATE : 2020/11** | **EXP. DATE : 2024/10**

TYPE : 52 mm., SMOOTH (CON 2) | **LUBRICANT : SILICONE + ZEUS + BENZOCAINE** | **COLOR : NATURAL**

Quantity Folled : 66,766 PCS. | **Quantity Packed : 1,848 CAR.**

Country : RU | **Pack size : 3pk x 12** | **SKU : 8132094**

Sample Origin : [✓] BPK [ ] Others | **Test Laboratory :** [✓] BPK [ ] Others

TESTED ACCORDING TO : ISO 4074 : 2015 , GOST 4645-81

REQUIREMENTS	LIMITS	SAMPLING PLAN					TEST RESULTS		
		INSPEC. LEVEL	AQL	SAMPLE SIZE	NON-COMPLIES ACC	NON-COMPLIES REJ	RANGE	AVERAGE	NO. FAILED
DIMENSION :									
Length (mm.)	180 ± 10 mm.	N/A	N/A	32	0	1	178 - 187	182	0
Width (mm.)	52 ± 2 mm.	N/A	N/A	13	0	1	52.5 - 52.5	52.5	0
Thickness by Average 3 Points (mm.)	0.062 - 0.074	S3	2.5	32	2	3	0.066 - 0.072	0.070	0
Beading Thickness (mm.)	1.00 - 2.00	S3	2.5	32	2	3	1.476 - 1.752	1.611	0
BURST TESTING :									
Initial Volume (l)	22.0 min.	G-1	1.5	200	7	8	3.0 - 47.3	43.1	1
Pressure (kPa)	1.0 min.	G-1	1.5	200	7	8	0.70 - 2.04	1.89	
Permeability (Freedom from Holes) (Code letter M at least)	Number failures	G-1	0.25	315	2	3	N/A	N/A	0
Visible defect (Code letter M at least)	Number failures	G-1	0.4	315	3	4	N/A	N/A	0
Individual containers with visibly open seals	Number failures	G-1	0.4	315	3	4	N/A	N/A	0
Package integrity	Number failures	S-3	0.65	32	0	1	N/A	N/A	0
Packaging & Labelling checks	Number failures	N/A	N/A	13	0	1	N/A	N/A	0

Remark :

- The width is the mean flat of 13 condoms measured in accordance at a point 75 ± 5 mm from the closed end excluding the reservoir tip = ...52.5...mm.

DECISION : [√] ACCEPTED [ ] FAILED

PREPARED BY : (SUREEPORN KUMPIROM)
LAB TECHNICIAN
DATE : 18/12/2020

APPROVED BY : (MALAI SUPARTIN)
LABORATORY MANAGER
DATE : 18/12/2020