



Сертификат анализа

Продукт	МультиЛак 4 ммоль/л К ⁺	Размер упаковки	2 мешка по 5000 мл
Каталожный №	F00007540	Дата производства	26.10.2021
Лек. форма	Раствор для гемофильтрации	Годеи до	09.2023
№ серии	C4LK262	Инспекционный план	12-6691/2
Размер серии	8664		
Статус	Реализовано (ОК)	Дата реализации	15.11.2021

Показатель	Нормы Спецификация	Результат
Описание раствора А Визуальный тест	WND-WI-001142	прозрачный
Цветность Визуальный тест ≤ цвету контрольного раствора Y4 по Евр. Фармакопее	WND-WI-001142	≤ цвету контрольного раствора Y7 по Евр. Фармакопее
рН раствора Потенциометрическое определение	От 4,50 до 6,50 WND-WI-000820	5,58
Натрий Спектроскопическое определение	От 136,50000 до 143,5000 ммоль/л WND-WI-001127	140,3107 ммоль/л
Кальций Спектроскопическое определение	От 1,4250 до 1,5750 ммоль/л WND-WI-000848	1,4872 ммоль/л
Магний Спектроскопическое определение	От 0,4750 до 0,5250 ммоль/л WND-WI-000920	0,5007 ммоль/л
Калий Спектроскопическое определение	От 3,8000 до 4,2000 ммоль/л WND-WI-000753	4,0340 ммоль/л
S-лактат Фотометрическое определение	От 36,1000 до 39,9000 г/л WND-WI-000978	37,9033 ммоль/л
D-глюкоза Фотометрическое определение	От 0,9500 до 1,0500 г/л WND-WI-000725	0,9624 г/л
Хлориды Титрование	От 104,500 до 115,500 ммоль/л WND-WI-000906	110,000 ммоль/л
Невидимые частицы ≥ 10 мкм Динамическое светорассеяние ≥ 25 мкм	≤ 25 частиц/мл WND-WI-000054 ≤ 3 частицы/мл	3 частиц/мл 1 частиц/мл



Сертификат анализа

Продукт	МультиЛак 4 ммоль/л K ⁺	Размер упаковки	2 мешка по 5000 мл
Каталожный №	F00007540	Дата производства	26.10.2021
Лек. форма	Раствор для гемофильтрации	Годеи до	09.2023
№ серии	C4LK262	Инспекционный план	12-6691/2
Размер серии	8664		
Статус	Реализовано (ОК)	Дата реализации	15.11.2021

Показатель	Нормы Спецификация	Результат
Динамическое светорассеяние	WND-WI-000054	
Извлекаемый объем Гравиметрическое определение > заявленного объема	WND-WI-000874	> заявленного объема
Алюминий Спектроскопическое определение ≤ 10 мкг/л	WND-WI-000924	≤ 10 мкг/л
5-гидроксиметилфурфурол Фотометрическое определение	≤ 0,4000 мг/л WND-WI-000057	0,2000 мг/л
Стерильность Мембранная фильтрация стерильно	WND-WI-001109	Стерильно
Бактериальные эндотоксины Кинетико-турбидиметрическое определение < 0,05 ЕЭ/мл	WND-WI-000942	< 0,05 ЕЭ/мл



Сертификат анализа

Продукт	МультиЛак 4 ммоль/л К ⁺	Размер упаковки	2 мешка по 5000 мл
Каталожный №	F00007540	Дата производства	26.10.2021
Лек. форма	Раствор для гемофильтрации	Годен до	09.2023
№ серии	C4LK262	Инспекционный план	12-6691/2
Размер серии	8664		

Комментарии/исправления: Н/А

Дата выпуска: 13.01.2022

Уполномоченное лицо: Анника Орс

Данный сертификат является электронной версией и действителен без подписи.