



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 августа 2018 года № РЗН 2018/7525

На медицинское изделие

Средство от заложенности носа "Аква Марис® Экстрасильный"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.", Хорватия,

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Производитель

"ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.", Хорватия,

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Место производства медицинского изделия

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Номер регистрационного досье № РД-21814/16077 от 17.04.2018

Вид медицинского изделия 206110

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 24 августа 2018 года № 5649
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0040216

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 августа 2018 года № РЗН 2018/7525

Лист 1

На медицинское изделие

Средство от заложенности носа "Аква Марис® Экстрасильный",
варианты исполнения:

1. Средство от заложенности носа "Аква Марис® Экстрасильный", 50 мл.
2. Средство от заложенности носа "Аква Марис® Экстрасильный", 125 мл.
3. Средство от заложенности носа "Аква Марис® Экстрасильный", 150 мл.

7

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0049092



Product name: **Product for nasal congestion "Aqua Maris® Extrasilniy", 150 ml**
Название продукта: Средство от заложенности носа «Аква Марис® Экстрасильный», 150 мл
Series: 31745
Серия: 31745
Manufacturing date: 10.2025.
Дата производства: 10.2025.
Best before: 10.2028.
Годен до: 10.2028.
Date of analysis: 01.12.2025.
Дата анализа: 01.12.2025.

CERTIFICATE № QC-JOB-25-0000000564
СЕРТИФИКАТ № QC-JOB-25-0000000564

PARAMETERS ПАРАМЕТРЫ	REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ
CHARACTERS ОПИСАНИЕ	Clear, colorless liquid with saltish taste Прозрачная, бесцветная, жидкость с солоноватым вкусом	complies соответствует
pH	7,0 – 9,0	7.9
Osmolality Осмольность	0,620-0,700 Osmol/kg 0,620-0,700 Осмоль/кг	0.668 Osmol/kg 0.668 Осмоль/кг
Microbiological Purity Микробиологическая чистота	<ul style="list-style-type: none">- Total aerobic microbial count (TAMC): not more than 10² CFU/ml- Total combined yeast and moulds (TYMC): not more than 10¹ CFU/ml- Staphylococcus aureus: absent in 1 ml- Pseudomonas aeruginosa: absent in 1 ml- Общее число аэробных микроорганизмов: не более 10² КОЕ/мл- Общее число дрожжевых и плесневых грибов: не более 10¹ КОЕ/мл- Золотистый стафилококк: отсутствует в 1 мл- Синегнойная палочка: отсутствует в 1 мл	<ul style="list-style-type: none">compliescompliescompliescompliesсоответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует

This batch was checked for all parameters and fully conforms to producing requirements.
Данная серия была проверена по всем параметрам и полностью соответствует предъявляемым требованиям.

39



JGL d.d.
Svilno 20
Rijeka

Qualified Person
Квалифицированное лицо
Iva Valentić Žunić

Date
Дата 02.12.2025

JADRAN · GALENSKI LABORATORIJ d.d. · 51000 RIJEKA · SVILNO 20 · CROATIA · +385 51 660 700 · www.jgl.hr

Aqua Maris Extrasilniy 150 ml- 31745-RU

1/1

02.12.25